



## Informe Técnico



**Contenidos**

**1.- Introducción..... 2**

**2.- Valoración ..... 2**





## Contenidos

### 1.- Introducción

El presente documento se elabora para efectuar la valoración de las propuestas técnicas del sobre 2º del procedimiento de contratación nº CITO\_AO\_01 de la Fundación Citoliva.

### 2.- Valoración

Se ha analizado las dos propuestas técnicas presentadas con el siguiente resultado en la ponderación asignadas al criterio dependiente de un juicio de valor:

LICITADOR	DISEÑO, SOLUCION Y CALIDAD TÉCNICA 40 puntos	MEJORAS 10 puntos	EQUIPO, METODOLOGIA Y FASES DE TRABAJO 5 puntos	TOTAL
<b>UTE WALDNER - PROQUINORTE</b>	30	7	4	41
<b>HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L.</b>	40	10	5	55

La propuesta de HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. cumple con todos los requisitos técnicos exigidos en el PPT.

Respecto de la UTE WALDNER - PROQUINORTE, se efectúan las siguientes observaciones:

- La vitrina de gases tiene el interior de Melamina o HPL, no metálico. No cumple
- No presenta ficha de producto de los módulos curvos. No cumple
- En los certificados de módulos metálicos no se especifica que lo sean. No coincide la fabricación (India) con los certificados de cumplimiento normativo (los centros de trabajo de los certificados corresponden a países europeos).
- La descripción de las mesas de cata no cumple con lo solicitado en PPT. Además no se corresponde la imagen de las mesas con las características técnicas ofertadas. No cumple.
- La ejecución es de 30 días laborables. El anexo I como plazo de ejecución 4 semanas. No cumple.
- No presupuestan la partida "Datalogger EBRO con USB Modelo EBI 300, para registro de temperatura de trabajo -30 a +70°C para sala de catas". No cumple
- La mampara ofertada para la sala de catas no tiene sistema de servicios. No cumple





- La distribución planteada en la sala de catas dificulta el flujo normal de tareas propias de una sala de estas características. No cumple criterios de flexibilidad, distribución de espacios y optimización del espacio interior.

En Mengíbar a 13 de octubre de 2021

